# Ferramenta de Remoção de Implantes

## INSTRUÇÕES DE USO

**Ref. 10120149 - GMT41058.**
**Ed.05** - 11/2020

GMT41058. Impresso no Brasil.

Todos os direitos reservados. A Nobel Biocare, o logotipo da Nobel Biocare e todas as outras marcas comerciais utilizadas neste documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. As imagens de produtos não estão necessariamente em escala.

**Importante: Ler as informações seguintes.**

**Indicações:** A ferramenta de remoção de implantes pode ser utilizada para remover implantes com conexões internas "tri-channel" (triplo canal), NP e RP, e conexões hexagonais externas, NP e RP. A ferramenta pode ser utilizada se a conexão do implante tiver sido danificada e não for possível utilizar o instrumento de inserção normal para remover o implante.

A ferramenta de remoção de implantes tem um encaixe hexagonal externo que encaixa no Torquímetro Manual Cirúrgico NobelReplace, código 28839 (1A) incluindo o Adaptador para Torquímetro Manual Cirúrgico NobelReplace, código 28840 (1B).

**Esterilidade:**
A ferramenta de remoção de implantes é entregue esterilizada.

**Fabricante:**

**Nobel Biocare AB**, Box 5190, SE-402 26, Västra Hamngatan 1, 411 17, Gotemburgo, Suécia - Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52.
**Nobel Biocare USA LLC**, 22715 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887-4609 - EUA - Telefone: 1 714 282 4800. Fax: 1 714 998 9236.

**Responsável Técnico:**
Andréa M. Garcia
CRF/SC 6569

**Reg. ANVISA:**
10064010233 10064010214
10064010223 10064010225

**Importador:**
KaVo do Brasil, Indústria e Comércio LTDA.
Rua Dona Francisca, 8.300, Bloco N - Sala 44 A e B
Condomínio Perini Business Park - Joinville -SC
CEP: 89219-600 - Tel.: (11) 3323-0500

**www.nobelbiocare.com**

**Procedimento Clínico / Manuseio**

1




2

3



4